



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU
MĂSURI DE SIGURANȚA SĂPOCA

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474
e-mail: secretariat@hsapoca.ro
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod poștal: 127540



Aprob
MANAGER,

Dr. Piriu Gabriela

SCRISOARE DE INTENTIE

Spitalul de Psihiatrie și Masuri de Siguranță Sapoca cu sediul în com. Sapoca, str. Principala, nr.117, în calitate de autoritate contractantă, invită toți operatorii economici interesați să transmită oferta de preț, până la data **05.07.2023** **orele 09.00**, pentru încheierea unui contract de furnizare analizor automat hematologie.

Atribuirea contractului de achiziție publică se face prin cumpărare directă în conformitate cu prevederile art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Publicitatea se va asigura pe site-ul institutiei.

Oferta va conține:

1. Datele de identificare ale ofertantului (adresa, nr. de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie, Nr. de tel, Fax, email)
2. Propunerea tehnică + Oferta financiară fără TVA conform cerințelor caietului de sarcini, oferta să se elaboreze în limba română.
3. Prețul ofertei este ferm în lei.
4. Criteriul de atribuire : **pretul cel mai scăzut**.
5. Cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate.

ATENȚIE!

Spitalul de Psihiatrie și Masuri de Siguranță Sapoca va achiziționa din catalogul SEAP, de la operatorul care ofertează la prețul cel mai scăzut (după ce va fi anunțat în scris, operatorul cu care urmează să se încheie contractul)

Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul SEAP .

Clasamentul se va stabili prin compararea valorilor oferite in lei , exclusiv TVA precum si respectarea specificatiilor tehnice.

6. Valoarea estimata este de **147058,82** lei fara tva .
7. In situatia in care ofertele nu demonstreaza modul de constituire a pretului, nu se incadreaza in valoarea estimata si nu respecta cerintele din caietul de sarcini, vor fi respinse.
8. Perioada de valabilitate a ofertelor 30 zile.
9. Oferta semnata si stampilata se va inainta pe e-mail, la adresa : **achizitii@hsapoca.ro.**

NOTA

Se va incheia un contract de prestari-servicii.

Ofertantii vor trebui sa prezinte urmatoarele documente:

*Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca este legal constituit, iar informatiile sa fie reale/actuale la data prezentarii(in copie conform cu originalul) si sa rezulte ca are ca obiect principal de activitate servicii similare obiectului achizitiei.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon; Serviciul Achizitii: 0238/528145/6/7/int.155 .

Intocmit
Anghel Marius 



**MINISTERUL SĂNĂȚII
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA**

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474
e-mail: secretariat@hsapoca.ro
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod poștal: 127540



Nr. 15135/26.06.2023

Aprob,
Manager
Dr. Piriu Gabriela



Caiet sarcini ANALIZOR AUTOMAT HEMATOLOGIE

Nr. Crt.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
1.	Analizor automat de hematologie, cu autoincarcare, pentru determinarea formulei leucocitare, reticulocite, NRBC si lichide biologice.
2.	Capacitatea de incarcare probe: minim 100 hemoleucograme simultan.
3.	Sa raporteze minim urmatoorii parametri: UWBC, WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RSW-SD, PLT, MPV, NE,LY, MO, EO, BA, NRBC, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, NRBC#, RET, RET#, MRV, IRF, TNC, RBC.
4.	Principii de masurare: - Impedanta pentru leucocite, eritocite si trombocite prin trei numaratori succesive pentru aceasi proba; - Spectrofotometrie pentru hemoglobina; - Citometrie in flux cu analiza digitala prin tehnologia impedantei , radiofrecventei si dispersia luminii laser masurata sub minim patru unghiuri diferite pentru formula leucocitara, reticulocite si eritroblasti.
5.	Sa poata efectua control intern de calitate pe 3 nivele.
6.	Sa permita o eventuala dezvoltare ulterioara cu teste implicate in detectia debutului de septicemiei si prognosticul COVID-19.
7.	Sa aiba capacitatea de programare automata la ore prestabilite a mentenantei zilnice utilizand solutia de spalare de la bordul acestuia; memorarea evenimentelor: inregistrarea operatiunilor de service si intretinere, controlul de calitate, etc.
8.	Analizorul sa permita determinarea in mod direct a volumului eritrocitar mediu.
9.	Rezultate: 3 histograme color pentru WBC, RBC si PLT, trei scattergrame: Diff, Retic si NRBC color in modul bidimensional si tridimensional; afisarea rezultatelor cu toti parametrii masurati; personalizarea intervalului de normalitate in functie de sex, varsta, locatie, etc.
10.	Viteza de lucru sa fie cel putin 100 probe/ora.
11.	Reticulocitele trebuie sa fie analizate in mod automat.